

Problem med analysen S-Natrium gäller för perioden 12-13 november

Det har varit problem med imprecisionen på ett av våra 5 instrument för analys av Natrium.

Det finns därmed en risk för +/-4-5% förändrade resultat för S-Natrium för prover analyserade den 12:e och 13:e november 2025.

Vid klinisk misstanke om påverkat resultat för S-Natrium under denna period rekommenderas kontroll med nytt prov.

Ni kan även ni kontakta vår kundtjänst för att få information om specifikt prov kan vara påverkat. Vi kommer även att lägga in en kommentar till de resultat som kan ha drabbats.

Vid frågor kontakta SYNLAB tel: 010 251 42 00

Cecilia Gälman
Verksamhetschef
Klinisk kemi

Christian Löwbeer
Överläkare
Klinisk kemi